

# Cintas de sujeción

## USOS

Este elemento fue creado para su utilización en conjunto con tablas raquis, ya que permiten inmovilizar al paciente para realizar su traslado.

La codificación por colores asegura la correcta colocación del sistema. Permite la regulación de la distancia entre puntos de anclaje, como así también, del ajuste sobre el cuerpo.

## DISEÑO Y MATERIALES

Las cintas están constituidas por polipropileno pesado de 50 mm de ancho con velcro para lograr un ajuste rápido. Extremo tipo lazo, para sacar y poner con facilidad.

Estos elementos son traslúcidos a los Rayos X, lo que permite diagnósticos por imágenes sin retirar los elementos de inmovilización, reduciendo las probabilidades de lesiones post traumáticas.

